Messwertzuordnung

O. Colhoun
Institut für Laboratoriumsmedizin, Klinikum Frankfurt
Höchst, Frankfurt am Main, Deutschland

Englischer Begriff result allocation

Definition Leistung des Online-Gerätetreibers der ► [Labor-EDV](#) für die Zuordnung der Rohdaten des Analysegeräts zu Ergebnis und Flags der angeforderten Messgrößen.

Beschreibung Aus der Fülle von Daten aus dem online an die Labor-EDV angeschlossenen Analysegerät müssen die Messergebnisse (s. ► [Messergebnis](#)) herausgefiltert und dem korrekten Auftrag zugeordnet werden, dabei sind ebenfalls alle relevanten Zusatzinformationen (Flags, Sperrungen) zu übernehmen und den jeweiligen Werten zuzuordnen.