U

Unpräzision unter Vergleichsbedingungen

R.-D. Hilgers¹, N. Heussen¹ und S. Stanzel²

¹Institut für Medizinische Statistik, Universitätsklinikum der RWTH Aachen, Aachen, Deutschland

²DKFZ Heidelberg, Heidelberg, Deutschland

Englischer Begriff imprecision in comparative conditions

Definition Die Unpräzision unter Vergleichsbedingungen beurteilt die Stärke der zufälligen Variation zwischen den in verschiedenen Laboratorien nach derselben Analysenmethode durchgeführten Analysen (s. ► [Analyse](#)).

Beschreibung Untersucht werden Abfüllungen derselben ► [Kontrollprobe](#) nach demselben Analysenprinzip mit möglichst derselben Methode in verschiedenen klinisch-chemischen Laboratorien. Solche Versuchsanordnungen werden bei einem langfristigen ► [Ringversuch](#) und bei Sollwertermittlungen angewandt.

Literatur

Qualitätskontrolle im Medizinischen Laboratorium von A bis Z – Ein Leitfaden in Schlagworten, 2. Aufl. Behring Diagnostika. <https://doi.org/10.1515/labm.1995.19.1-12.218>