Innenraumes ist außer mit den nötigen Stutzen für Evakuierung, Füllung, Entgasung und Entleerung ausgerüstet mit auf und ab gehendem Rührwerk, einem mittelständigen Einführungsrohr für ein Platin-Widerstandsthermometer und einem dicht daneben laufenden, engen Rohr, das der Einführung von Kühlmitteln zur Einleitung der Krystallisation dient. Das Rührwerk ist durch eine blasebalgartige Vorrichtung aus Messing abgedichtet, die in einem Führungsrohr läuft. Das enge Rohr endet 133 mm über dem Gefäßboden und setzt sich fort in einem 25 mm langen Röhrchen aus KOVAR-Metall, in dessen Ende mit Silber ein gebogenes KOVAR-Blättchen von 35 mm Länge eingelötet ist; dieses liegt dem benachbarten Thermometerrohr eng an. Als Kühlmittel kann z. B. ein Stückchen festes Kohlendioxyd oder etwas flüssiger Stickstoff eingeführt und mit geeigneten Vorrichtungen auch wieder entfernt werden. Mittels der Anschlußstutzen kann die Analysesubstanz unter Ausschluß der Atmosphäre in das Gefäß eingebracht und wieder herausgezogen werden. Größere Unterschiede, die sich im Schmelzpunkt gegenüber dem Verfahren an atmosphärischer Luft ergeben, können leicht erfaßt werden, während kleine Schmelzpunktdifferenzen von $0,05^{\circ}\text{C}$ und darunter zusätzliche Maßnahmen erfordern. Zeit-Temperaturkurven für 1,3-Butadien, Isopren und Äthylmercaptan werden gezeigt. — Die Abbildungen lassen alle apparativen Einzelheiten klar erkennen.

W. SCHMIEDEN.

Ein Instrument zur Elektrolyse mit kontrolliertem Potential für große Meßbereiche hat R. W. LAMPHERE¹ erstellt. Es ist ein Wechselstrom-Netzgerät, das bei gleichzeitiger Kontrolle des Kathodenpotentials bei extrem 5 Amp. bzw. 100 Volt mit insgesamt 250 Watt Ausgangsleistung verwendet werden kann.

Im Prinzip arbeitet das Gerät wie folgt: Die Stromversorgung erfolgt über einen Stabilisator. Die Spannung wird über einen Regler eingestellt, der durch einen Motor betrieben wird. Ein zweiter Regler besorgt die Feineinstellung. Von hier aus wird die Elektrolyse über einen Zweiweg-Gleichrichter (Selen) und Drosseln zur Siebung mit Strom versorgt. Mit einer Hilfsbatterie wird die Zellspannung der Kette: Bezugselektrode gegen Kathode in üblicher Weise kompensiert. Änderungen des Kathodenpotentials bedingen Stromfluß in diesem Kompensationskreis. Dieser Strom wird über einen Konverter und nach Verstärkung dem Motor zugeführt, der die Spannungseinstellung betreibt und korrigiert.

Ist das gewünschte Kathodenpotential im Hilfsstromkreis eingestellt, so arbeitet das Gerät völlig automatisch. Sein besonderer Vorzug ist der wesentlich erweiterte Anwendungsbereich gegenüber bisher beschriebenen².

K. CRUSE.

Eine Verbesserung des früher beschriebenen Potentiostaten³ wird von J. J. LINGANE⁴ angegeben. Der neue Apparat hält bei Anschluß an das gewöhnliche 110 Volt-Wechselstromnetz das Kathoden- oder Anodenpotential mit einer Genauigkeit von $\pm 0,01\text{ V}$ automatisch konstant. Bei 6 V Elektrolysen-spannung können Ströme bis zu 5 Amp., bei Spannungen bis 25 V entsprechende kleinere Ströme angewendet werden. Eine Kalibrierung oder Adjustierung des Instrumentes vor der Benutzung ist nicht notwendig. Alle Teile des Apparates haben eine lange Lebensdauer.

A. KURTENACKER.

Ein einfaches photoelektrisches Colorimeter wird von F. J. A. DECHERING⁵ beschrieben. Das Licht einer Lampe (4 Volt) geht durch die zu untersuchende Lösung

¹ Analytic. Chemistry **23**, 258 (1951).

² Vgl. Zusammenstellung von S. E. Q. ASHLEY: Analyt. Chem. **21**, 70 (1949).

³ J. J. LINGANE: Analytica Chimica Acta **2**, 584 (1948); Analytic. Chemistry **21**, 497 (1949); vgl. diese Z. **131**, 355, 356 (1950).

⁴ Analytic. Chemistry **22**, 1169 (1950).

⁵ Chem. Weekbl. **45**, 521 (1949).