Man füllt zur Marke auf und mißt in der 5 ml-Küvette mit Hg-Filter 546 gegen reines Wasser. 25—300 µg Zinn zeigen eine dem BEERSchen Gesetz entsprechende Absorption.

R. LANG.

Quecksilber. Zum spezifischen Nachweis von einwertigem Quecksilber verwenden M. KURAŠ und E. RUŽIČKA¹ das Amidoxim der Isobuttersäure, dessen Darstellung aus Acetoncyanhydrin, Hydroxylaminchlorhydrat und Na-Alkoholat beschrieben wird². Mit Hg(I) gibt das Reagens eine weiße Trübung, die mit Ammoniak in einen braunen Niederschlag übergeht. Die Reaktion ist als Tüpfelprobe besonders empfindlich. Man bringt auf Tüpfelpapier (Schleicher-Schüll Nr. 5893) einen Tropfen der zu prüfenden Lösung und einen Tropfen der 2%igen Lösung des Reagens in 50%igem Alkohol und hält dann in NH₃-Dämpfe. Es entsteht ein braunschwarzer Fleck. Erfassungsgrenze 0,2[B]0,04; Grenzkonzentration 1:2000 000. Chlor-Ion verhindert die Reaktion. Cu und Co stören, wenn sie gegenüber Hg(I) in mehr als der 15fachen Menge vorhanden sind. Hg(II) gibt nur einen weißen Niederschlag.

A. KURTENACKER.

Eine volumetrische Bestimmung von Quecksilber(I)-salzen nach Art der VOLHARDSchen Silberbestimmung geben F. BURRIEL-MARTI und F. LUCENA-CONDE³ an. Sie verwenden eine an Mercurirhodanid gesättigte Kaliumrhodanidlösung, wobei unter Fällung der Mercurio-Ionen die Reaktion nach der Gleichung $2 \text{Hg}_2^{2+} + [\text{Hg}(\text{SCN})_4]^{2-} \rightarrow \text{Hg}(\text{SCN})_2 + \text{Hg}_2(\text{SCN})_2$ verläuft, wenn die Konzentration von $[\text{Hg}(\text{SCN})_4]^{2-}$ hoch und diejenige von $(\text{SCN})^-$ niedrig gehalten wird. Der Endpunkt wird vom Indicator Eisensulfat durch die Bildung von Eisnerhodanid angezeigt. Liegt eine Mischung von Quecksilber(I)- und Quecksilber(II)-salzen vor, so titriert man zunächst in gleicher Weise mit Rhodanid (Verbrauch a Formelgewichte $[\text{Hg}(\text{SCN})_4]^{2-}$). Dann oxydiert man eine zweite Probe mit Permanganatlösung und titriert wieder mit dem Rhodanidreagens (Verbrauch b Formelgewichte $[\text{Hg}(\text{SCN})_4]^{2-}$). Dann findet man Äquivalente $\text{Hg}_2(\text{I}) = b - a$ und $\text{Hg}(\text{II}) = 2 a - b$.

Das Reagens bereitet man durch Sättigen einer 0,1 n Kaliumrhodanidlösung mit gefällttem Mercurirhodanid nach Vorschrift von I. M. KOLTHOFF und V. A. STENGER⁴ und ermittelt Wirkungswert der Lösung mit einer Mercurulösung oder Mercurilösung von bekanntem Gehalt. Zur Quecksilber(I)-Bestimmung versetzt man 40 ml der Probelösung mit 5 ml 6 n Salpetersäure und 1 ml gesättigter Ferrisulfatlösung. Man titriert unter kräftigem Umschütteln sehr langsam, um Absorption zu vermeiden. Die anfänglich hellbraune Lösungsfarbe vertieft sich allmählich. Der Endpunkt ist auf 0,05 ml genau.

Zur Oxydation von Quecksilber(I)-salz säuert man 10 ml-Probe mit 5 ml konz. Schwefelsäure an, erhitzt auf etwa 50° und gibt aus der Bürette 0,2 n Permanganatlösung unter kräftigem Schütteln zu, bis nach gelbbrauner Färbung MnO₂ ausfällt. Man beseitigt den Niederschlag mit ein paar Tropfen 0,1 n Ferrosulfatlösung. Am Endpunkt schlägt die Lösungsfarbe nach rot um. Man kühlt, entfärbt mit ein paar Tropfen Ferrosulfatlösung, sodann titriert man nach beendigter Oxydation mit dem Rhodanidreagens wie oben.

H. ZELLNER.

Eine photometrische Methode zur Bestimmung kleinster Quecksilbermengen beschreiben C. W. ZUEHLKE und A. E. BALLARD⁵, wozu sie in Ergänzung zu früheren

¹ Coll. českoslov. chem. Commun. **15**, 147 (1950).

² Vgl. auch H. SCHIFF, Lieb. Ann. **321**, 370 (1902).

³ Analytica Chimica Acta **4**, 344 (1950).

⁴ Volumetric Analysis II, 340. Interscience Publishers N. Y. 1947.

⁵ Analytic Chemistry **22**, 953 (1950).

Veröffentlichungen¹ eine Apparatur mit besonders entwickeltem Ultraviolett-photometer verwenden. Die auf Cadmiumsulfid als Trägersubstanz gesammelte Quecksilberprobe, wobei bis zu 0,02—0,6 μg in 500 ml-Lösung erfaßt werden können, verdampft man in einem besonderen Quarzgefäß mittels eines darüber geschobenen elektrischen Ofens. Im Licht einer UV-Lampe, die zuvor 10 min eingebrannt und deren Photometerstromkreis genau eingeregelt worden ist, mißt man den Betrag der Absorption bei Linie 2537 Å, nachdem man eine Eichung von 0—100% durch Verwendung geeigneter Widerstände mit bekannten Quecksilbermengen durchgeführt hat.

H. ZELLNER.

Eine photonephelometrische Quecksilberbestimmung mit Antipyriniodid-Reagens ist von S. I. GUSEV² ausgearbeitet worden und beruht bei Verwendung von Antipyrin und KJ als Fällungsmittel in saurer Lösung auf der Bildung der schwerlöslichen Komplexverbindung $[\text{C}_{11}\text{H}_{12}\text{ON}_2\text{H}]_2[\text{HgJ}_4]$. In stark verdünnten wäßrigen Lösungen bildet sich eine beständige Trübung. Zur Aufstellung der Eichkurve dienen HgCl_2 -Lösungen mit 0,25—20 μg Hg in 1 ml. Die Reagenslösung enthält 3% KJ und 3% Antipyrin. Zur Bestimmung wird die eine Küvette des Photoelektronenphelometers mit einem Gemisch von 10 ml Standardlösung, 4 ml Reagenslösung und 0,3 ml 2,0 n HCl gefüllt. Die zweite Küvette wird mit einer Lösung bestehend aus 10 ml destilliertem Wasser, 4 ml Reagenslösung und 0,3 ml 2,0 n HCl gefüllt. Danach wird der Galvanometeraussschlag ermittelt. Die Abhängigkeit zwischen der Hg-Konzentration und der Galvanometeranzeige ist linear. Pb, Bi, Cu, Cd und Sb werden vor der Bestimmung des Quecksilbers mit dem Reagens von THIELE getrennt. Man versetzt 50 ml der zu untersuchenden Lösung mit 20 ml Arsenlösung (1 g As_2O_3 gelöst in 5 ml 1,0 n Natronlauge und verdünnt mit Wasser auf 1 l) und 25 ml THIELE-Lösung (20 g NaH_2PO_2 in 20 ml Wasser und 200 ml konz. HCl), filtriert den beim Erwärmen gebildeten Niederschlag von reduzierten As und Hg, wäscht 5mal mit 10%iger Salzsäure und behandelt mit 5 ml gesättigtem Bromwasser. Die Lösung wird mit Alkali neutralisiert und auf 50 ml verdünnt. Zur nephelometrischen Bestimmung verfährt man weiter wie oben angegeben. Die Empfindlichkeit der Bestimmung beträgt 0,4 μg Hg/ml-Lösung.

TROFIMOV.

Zur Bestimmung von Gallium und Thallium(III) empfehlen TH. MOELLER und A. J. COHEN³ die spektralphotometrische Untersuchung der Chloroformlösungen ihrer Oxinate. *Galliumoxinat* wird bei $\text{pH} \geq 3,0$ aus der wäßrigen Phase mit Chloroform ausgeschüttelt. Das Verfahren ist sehr empfindlich, aber nicht spezifisch, da viele Metalle, besonders auch Al, Fe, In usw., stören. Die Messung erfolgt bei 392,5 $\text{m}\mu$. Nach Korrektur durch einen Blindwert liest man den Galliumgehalt aus einer Eichkurve ab. In Abwesenheit von störenden Ionen beträgt der absolute Fehler weniger als 1%, wenn man in einem Bereich von 0,4—1,8 mg Gallium/l Chloroform bleibt. — *Thallium(III)-oxinat* kann aus der wäßrigen Phase nicht quantitativ mit Chloroform extrahiert werden. Man muß den Niederschlag zunächst isolieren. Die mit Oxinlösung bei pH 4—8 erhaltene Suspension wird 2 Std bei 20—30° digeriert und filtriert. Der Niederschlag wird mit 20 ml heißem Wasser gewaschen, bei 120° 1½—2 Std getrocknet und in Chloroform gelöst (etwa 1 mg/l Chloroform). Die Thalliumlösung muß bei rotem Licht bereitet und innerhalb von 4 Std bei 400—402 $\text{m}\mu$ gemessen werden.

H. MESECH.

¹ BALLARD, A. E., u. C. D. W. THORNTON: Ind. Eng. Chem. Anal. Ed. **13**, 893 (1941).

² Ž. anal. Chim. **5**, 375 (1950) [Russisch].

³ Analytic. Chemistry **22**, 686 (1950).