und 22 mm Durchmesser) zur Durchmischung der Dämpfe mit Sauerstoff vor dem Eintritt in die Verbrennungszone. Das Platinrohr F (30 mm lang und 7 mm Durchmesser) ist mit dem Stopfen des Verbrennungsrohres durch einen 170 mm langen Platindraht (1,5 mm Durchmesser) verbunden. In diesem Rohr befindet sich das Platinschiffchen oder eine Glascapillare. In das Rohr ist ein Fenster von der Größe des Schiffchens geschnitten, so daß die Substanz während des Heizens beobachtet werden kann. Das Verbrennungsrohr ist vom Verbrennungssofen bis 220 mm vor dem Stopfen mit einem Chromnickelheizdraht umwickelt, aber so, daß zwischen den Windungen eine Beobachtung der Probe möglich ist. Das umwickelte Stück ist von einem Supremaxglasrohr (220 mm lang und 24 mm innerer Durchmesser) umgeben. Der automatische Verdampfungsapparat besteht aus einem Druckregler und einem von einem Elektromotor betriebenen Rheostaten. Der Rheostat ist durch Heizdraht mit dem Stromkreis verbunden. Mit langsam abnehmendem Widerstand steigt die Temperatur in der Verdampfungszone konstant an. Der Temperaturanstieg soll 6° C pro Minute betragen. Wenn die Verdampfung zu schnell geht, schaltet der Druckregler über ein Relais den Heizdraht ab und kehrt durch einen Kommutator den Motor um, so daß der Widerstand zunimmt. Für die Bestimmung von Substanzen, deren Verhalten bei der Verbrennung noch nicht bekannt ist, wird der Apparat halbautomatisch bedient und die Geschwindigkeit des Motors manuell so variiert, daß die Verbrennung langsam abläuft. Flüssige Proben werden in verhältnismäßig große Capillaren eingewogen. Die Luftblase in der halbgefüllten Capillare treibt die Flüssigkeit beim Erhitzen aus. Um eine stufenweise Durchmischung mit Sauerstoff zu erreichen, wird die Capillare in ein Quarzrohr (35 mm lang und 4 mm innerer Durchmesser) gebracht, das mit Quarzwolle gefüllt ist. Die Füllung des Verbrennungsrohres besteht aus den von PREGL benutzten Reagenzien, aber in feinerer Verteilung. Zur Absorption von Wasser dient Phosphorpentoxyd-Bimsstein, zur Kohlendioxyd-Absorption Ascarit. Die Absorptionsröhren sind untereinander und an das Verbrennungsrohr durch eine einzige Stahlfeder gehalten.

Um die Kondensation größerer Feuchtigkeitsmengen zu vermeiden, befindet sich eine halbzyllindrische Heizung (40 mm lang, aus einem Kupferrohr von 7 mm Durchmesser geschnitten) unter dem Wasserabsorptionsrohr. Als MARIOTTESCHE Flasche werden zwei 200 ml-Meßzylinder benutzt, die sich übereinander an einem Stab befinden, der gedreht werden kann. Nach Auswechseln der Gummiverbindung und Umdrehen ist das Gefäß gleich für die nächste Analyse bereit. Die eigentliche Verbrennung dauert 15–20 min. Die Geschwindigkeit des Sauerstoffstromes beträgt 5 ml pro Minute, die des Luftstromes 8–10 ml pro Minute. Im Ganzen werden 140–150 ml Luft benötigt. Eine Einzelbestimmung braucht etwa 1 Std, Serienbestimmungen brauchen je 45–50 min. Auch stark flüchtige, sublimierende und detonierende Substanzen können automatisch verbrannt werden. URSULA FELDMANN.

Ein modifizierter DUMAS-Apparat zur Stickstoffbestimmung kann nach Angaben von W. K. НОУСЕ¹ aus einfachen Laboratoriumsmitteln zusammengestellt werden; er soll auch in der Hand weniger geübter Kräfte und bei überdies halbem Zeitbedarf ausgezeichnete Resultate ergeben (Abb. I). Die Grundlinien der apparativen Anordnung dürften bereits aus der Abb. zu erkennen sein. Besonders hervorzuheben sind a) die Gestaltung des CO₂-Entwicklers, dessen vorgeschaltete 2 Flaschen mit dest. Wasser gefüllt und danach mit CO₂ überspült werden, um ein Eindringen von Luft in den KIPP-Apparat sicher zu vermeiden. Die nachgeschalteten leeren Flaschen dienen als Schutz gegen das nicht

¹ Analytic. Chemistry 21, 877 (1949).

seltene Zurücksteigen. Mit Rücksicht hierauf sollen auch (in der Abb. nicht gezeichnet) die Rücksteigerohre der Wasser- und Schwefelsäureflasche möglichst weit (etwa 9 mm) und am Ende horizontal abgebogen sein; b) ein Quecksilbersperrventil *G*, das bei Überdruck im Verbrennungsrohr einen Rückstrom der Gase in Richtung des KIPP-Apparates verhindern soll; c) die Anordnung der Dreiwegehähne *A*, *B*, *C*, *D* und *E*, die ein Einleiten von Kohlendioxyd von beiden Enden des Verbrennungsrohres aus und die unabhängige Entnahme von CO_2 über ein Zweigrohr *A*—*D* (6 mm $\varnothing$) zwecks Prüfung im Azotometer gestattet; d) eine etwas abgeänderte Dimensionierung (33 ml)

Abb. 1. Stickstoffbestimmungsapparat nach W. K. NOYCE.

und Teilung (0,1 ml) des Azotometers, deren größere Genauigkeit sich als ausgesprochen günstig erwiesen hat. — Der als *F* eingezeichnete Apparateteil stellt ein zwar nicht unerläßliches, aber nützlichendes Hilfsgerät zur erleichterten Beschickung dar, und zwar aus einem Stück (150 mm) Verbrennungsrohr mit endwärts aufgeschobenem Schlauchstück bzw. Gummistopfen bestehend (der letztere mit durchgeführtem verschiebbarem Drahthaken und einem Schlauchanschluß von Hahn *B* aus versehen).

Die Anwendung gestaltet sich wie folgt: Das zur Analyse vorbereitete (aber noch nicht die Probe enthaltende) Verbrennungsrohr wird in Richtung *A*—*D*—*C*—*B*—*F* mit Kohlendioxyd durchspült, wobei unter senkrechter Befestigung von *F* (Gummistopfen unten) innerhalb 2—3 min auch dieses Rohr von Luft befreit ist. Nach Entfernen des in der Abbildung rechten Gummistopfens wird an dessen Stelle das Schlauchende von *F* übergezogen und alsdann mittels des Hakens die Kupferoxydspirale entfernt. Nun wird *F* vorübergehend mit einem Gummistopfen verschlossen, die Probe in das Verbrennungsrohr eingeführt und die Spirale aus dem inzwischen wieder angeschlossenen Gerät *F* nachgeschoben. Nach abermaligem Abschalten von *F*, Verschließen des Rohres mit dem endgültigen Stopfen und einer CO_2 -Spülung in Richtung *B*—*C* (2—3 min) wird die Verbrennung, wie üblich, begonnen,

sobald Mikroblasen auftreten. — Es werden nähere Einzelheiten über eine rationelle Benutzungstechnik mitgeteilt, bei der sich z. B. 4 aufeinanderfolgende Proben innerhalb 4 Std., z. T. noch schneller bestimmen lassen. Belegdaten von 4 Substanzen (Anthranilsäure, Phenylhydrazin, Anilin, Benzamid) weichen um höchstens 0,2% (absolut) vom Sollwert ab; größte Streuung innerhalb der Doppelbestimmungen 0,1% (abs.). Die Methodik erscheint ohne weiteres auch auf Halbmikromengen übertragbar.

R. KLOCKMANN.

2. Qualitative und quantitative Analyse.

Über die Verwendung des Vanillin-Schwefelsäure-Reaktion (auf Rotenon) zum Nachweis weiterer organischer Verbindungen berichtet in einer 4. Mitteilung E. P. HÄUSSLER¹. Nach seinen Feststellungen liefert die Reaktion rote Färbungen mit phenolische OH-Gruppen enthaltenden Verbindungen, während N-haltige organische Substanzen gelbe Färbungen geben. Allerdings wurde gefunden, daß Benzilsäure, als einzige der untersuchten N-freien Verbindungen gleichfalls gelbe Färbung zeigt. Rote bis rotviolette Färbungen² ergeben Substanzen auch ohne Phenolgruppen: Benzoin, Heliotropin, Teresantalsäure, Pseudojononhydrat, Malonsäure und Monobenzylmalonsäure. Gelbe Färbung tritt auf bei Alloxan, Barbitursäure, Aneurin, Guanin, Harnsäure, vorübergehend bei Theobromin und Coffein, bei denen das Gelb in undeutliches Violett bzw. Gelbgrün umschlägt. Pyridin reagiert nicht, hingegen ergeben Nicotinsäure, Chinolin und 2-Phenylcinchoninsäure starke gelbe Färbung. Diacetyldioxim färbt sich erst beim Erwärmen mit dem Reagens gelb. Beim Diphenylthioharnstoff geht das Gelb bald in Gelbgrün über. Pentamethylentetrazol reagiert negativ. Zimt- und Mandelsäure färben sich mit dem Reagens rein grün.

H. FREYTAG.

Um kleine Mengen Essigsäureanhydrid in Essigsäure zu bestimmen, wird von G. BENSON und R. M. KITCHEN³ ein halbquantitatives Verfahren angegeben, das gegenüber anderen Arbeitsweisen auch in ungeübten Händen schnell und bis 0,05% genau arbeitet. Das Verfahren hat praktische Bedeutung, weil schon kleine Gehalte an Essigsäureanhydrid in Eisessig beträchtliche Korrosionen an Aluminiumgefäßen und -leitungen veranlassen, die in steigendem Maße in der Eisessigfabrikation angewendet werden.

Benötigte Reagenzien: Lösung I: 5% ige Lösung von Anilin in Pyridin; Lösung II: 1% ige Lösung von doppelt dest. Furfuraldehyd in Essigsäure. Man mischt 1 ml von I mit 10 ml Muster, läßt 1 min stehen und fügt dann 1 ml von II hinzu. Ist kein oder weniger als 0,5% Anhydrid in der Essigsäure vorhanden, so entsteht eine kirschrote, über 0,5% eine schwach strohgelbe Färbung. Für Konzentrationen bis 0,05% herab nimmt man 0,1 ml von I auf 10 ml Muster. Man vergleicht mit frisch bereiteten Standardfarblösungen mit 0,0, 0,1, 0,2 usw. % Anhydrid. Folgende Stoffe, die häufig in Handelssorten anwesend sind, stören nicht: Äthylidendiacetat, Cu-Acetat, Acetaldehyd bis 1% und Wasser bis 10%.

H. ZELLNER.

¹ Mitt. Lebensmittelunters. **40**, 143 (1949).

² HÄUSSLER, E. P.: Diese Z. **53**, 367 (1914).

³ Canad. J. Res. Sect. F. **27**, 266 (1949).