2. Auf Handel, Industrie und Landwirtschaft bezügliche Methoden.

Von

A. GEHRING. A. EICHLER. U. FELDMANN. A. TROFIMOW. O. SAUTER.
R. LANG. K. GAEDE. H. ZELLNER. W. SCHMIEDEN. H. FREYTAG.
H. HAAS. L. ACKER.

Literatur. S. GERICKE: *Analytische Chemie der Düngemittel*. Band XLIV der Sammlung „Die chemische Analyse“, Herausgeber W. BÖTTGER. 191 Seiten mit 19 Abbildungen und 49 Tabellen. Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart 1949. Preis geb. DM 26,—.

In dieser durchaus zu begrüßenden Neuerscheinung sind Vorschriften zur Analyse von Düngemitteln zusammengestellt, und zwar wird die Analyse sowohl der Kalk-, Phosphorsäure-, Kali- und Stickstoffdüngemittel als auch der wirtschaftseigenen und sonstigen organischen Düngemittel besprochen. Die Angaben beschränken sich nicht nur auf die Ermittlung der handelsüblichen Nährstoffe, sondern erfassen in ausführlicher Darstellung auch die Feststellung der in geringerer Menge vorhandenen Bestandteile, vor allem der Spurenelemente. Dabei werden neben den üblichen gewichts- und maßanalytischen Methoden auch colorimetrische und potentiometrische Verfahren herangezogen. Wertvoll ist es, daß der Verfasser wiederholt persönliche Erfahrungen mit den einzelnen Verfahren mitteilen kann. Die Anordnung des Stoffes ist übersichtlich, vielfach sind Hinweise über den Düngerverbrauch sowie über die Gewinnungsverfahren eingestreut. Ob jedoch die einleitenden Ausführungen über die Düngemittel als Grundlage der Ertragsleistung in der Landwirtschaft sowie die abschließenden über die Düngemittel als Grundlage für die Verbesserung der Nahrungsmittel, die durchaus beachtlich sind, in einem analytischen Buch erwartet werden, erscheint zweifelhaft. Der Anhang enthält noch Tabellen mit Umrechnungsfaktoren, Angaben über den Jodgehalt von Düngemitteln sowie über die Zusammensetzung von Doppelsuperphosphaten. A. GEHRING.

Zur genauen Bestimmung von Kohlendioxyd in Gasproben gibt R. R. BALDWIN¹ eine Verbesserung der von BAMFORD und BALDWIN² entwickelten Methode an. Beide Ausführungsarten beruhen auf dem bekannten Prinzip der Kondensation des Kohlendioxydes in flüssiger Luft mit nachfolgender Messung des Druckes des auf ein bestimmtes Volumen gebrachten, wieder gasförmigen CO₂. Während aber bei dem früher angegebenen Verfahren nur ein Teil der Gasprobe entnommen wurde, verwendet der Verfasser bei seiner jetzigen Ausführungsart den gesamten Inhalt einer Probenröhre. Diese wird im Vakuum entleert und das Kohlendioxyd in einem in flüssige Luft tauchenden Kondensationsgefäß gesammelt. Dann wird das Kondensationsgefäß in die Meßapparatur

¹ J. Chem. Soc. (London) 1949, 720.

² J. Chem. Soc. (London) 1942, 26.

eingebaut, wo das Kohlendioxyd verdampft und über Quecksilber auf ein bestimmtes Volumen gebracht wird. Die gesamte Bestimmung ist in 20 min durchführbar. Abbildungen der Apparaturen sind der Originalarbeit beigelegt.

A. EICHLER.

Eine Methode zur schnellen Bestimmung von Kohlendioxyd in Absorptionsflüssigkeiten und anderen Carbonatlösungen beschreiben B. E. DIXON und R. A. WILLIAMS¹. Das Wesen des Verfahrens besteht darin, daß man die zu untersuchende Lösung in einem dicht geschlossenen Gefäß mit kalter, verdünnter Säure schüttelt und das Gewicht des entwickelten Kohlendioxyds aus Druck und Temperatur berechnet. Um die Rechnung zu ersparen, sind in der Arbeit Diagramme angegeben, aus denen die gesuchten Werte graphisch entnommen werden können.

Das Reaktionsgefäß besteht aus nichtrostendem Stahl, so daß ein schnelles Erreichen konstanter Temperatur durch baldige Verteilung der Reaktionswärme gewährleistet ist. Die benutzte Legierung („Staybrite FDP“) ist gegen 20%ige Phosphorsäure und gegen die zu untersuchenden alkalischen Flüssigkeiten unter den Versuchsbedingungen beständig. Das Reaktionsgefäß ist ein niedriger Zylinder mit einem flachen Deckel, der mit einem Rohr und einem Thermometer versehen ist. Durch eine glatte Gummischeibe zwischen Zylinder und Deckel wird die Apparatur gasdicht gemacht. Der Boden des Zylinders ist durch 2 schwach geneigte Flächen in 2 Teile geteilt. Das Ausgangsrohr am Deckel ist mit einem T-Stück verbunden, dessen eines Ende zu einem Hahn, das andere zu einem Manometer führt. Das Reaktionsgefäß kann mit einem offenen oder, wenn eine Vakuumpumpe verfügbar ist, mit geschlossenem Manometer benutzt werden.

Bei der Arbeit mit offenem Manometer werden zunächst 5 ml 20%iger Phosphorsäure in den einen Teil und 5 ml der Probelösung (nicht mehr als 0,4 g gebundenes Kohlendioxyd enthaltend) in den anderen Teil des Zylinderbodens gegeben. Der Deckel wird mit Hilfe von 6 Schrauben fest auf den Zylinder gepreßt und der Hahn am Ausgangsrohr geschlossen. Die Anfangstemperatur wird gemessen. Der Zylinder wird nun stufenweise fortschreitend gekippt, um Base und Säure langsam miteinander zu mischen; zum Schluß wird heftig geschüttelt. Nach 1 min ist die Höhe der Quecksilbersäule konstant. Druck und Endtemperatur werden gemessen.

Arbeitet man mit geschlossenem Manometer, so wird an dem Hahn am T-Stück die Vakuumpumpe angeschlossen. Säure und Base werden in die beiden Abteilungen gegeben, der Deckel wird geschlossen und die Anfangstemperatur abgelesen. Dann wird auf 10 mm Quecksilber evakuiert, der Hahn geschlossen, die Lösungen werden wie vorher gemischt. Endtemperatur und Druck werden bestimmt. Der Fehler liegt in den meisten Fällen unter 1%. U. FELDMANN.

Bei der Bestimmung von Chloriden in der Betriebskontrolle benutzen L. G. URUSOVSKAJA und P. J. ZILINA² zwecks Einsparung von Silbernitrat die bekannte Titration mit 0,1 n oder 0,03 n Quecksilber(I)-nitratlösung in Gegenwart von 10%iger Nitroprussidnatriumlösung als Indikator. Das Titrationsende wird durch die Trübung infolge Bildung von unlöslichem Nitroprussidquecksilber angezeigt. Die Methode erwies sich zur Chlorbestimmung in technischen Produkten und in Wässern

¹ Analyst 74, 360 (1949).

² Zavodsk. Labor. (Betriebslab.) 15, 607 (1949) [Russisch].