Dünnschichtchromatographie. In einem Übersichtsbericht von C. A. TELLEGER¹ wird einleitend die historische Entwicklung der Methode in knapper Form dargelegt. Der Verf. zeigt, daß erst nach den grundlegenden Arbeiten von STAHL die Dünnschichtchromatographie in die Laboratorien Eingang finden konnte. Es wird das Bereiten der Platten nach der Standardmethode beschrieben und gezeigt, welche Vorteile die Dünnschichtchromatographie gegenüber der Papierchromatographie und anderen chromatographischen Methoden besitzt. Eine Trennung der zu untersuchenden Gemische ist je nach Wahl des Sorbens adsorptionschromatographisch oder nach den Regeln der Verteilungschromatographie möglich. An Hand der elutropen Reihe läßt sich ein geeignetes Fließmittel je nach Polarität der zu trennenden Substanzen wählen. Die Reproduzierbarkeit der R_f -Werte wird durch Arbeiten bei Kammersättigung² verbessert. Zum Sichtbarmachen der einzelnen Zonen benutzt man häufig Sprühreagentien. Ein anschließendes Betrachten der Platte im Tages- und/oder UV-Licht ist angebracht. Unter bestimmten Bedingungen empfiehlt sich das Arbeiten auf fluoreszierenden Sorptionsschichten. Abschließend werden die Einsatzmöglichkeiten der Dünnschichtchromatographie besprochen. Verf. zeigt an Hand von 132 Literaturstellen, daß diese Methode zur Trennung der verschiedensten Stoffgruppen gerade im Mikrobereich mit gutem Erfolg eingesetzt werden kann.

¹ Pharmac. Weekbl. **97**, 43–50 (1962) [Holländisch]. (Mit engl. Zus.fass.) Rijks-Inst. Pharm.-therapeut. Onderzoek, Leiden (Niederlande). — ² STAHL, E.: Pharmaz. Rundschau Nr. 2, 1. Jahrg. 1959. H. JORK

Theoretische Betrachtungen zur Dünnschichtchromatographie von anorganischen Kationen. In vorhergehenden Arbeiten wurden von SEILER und Mitarb.¹ die Trennbedingungen anorganischer Kationen auf dünn-schichtchromatographischem Wege untersucht. Gearbeitet wurde auf gereinigten Kieselgel G-Schichten. An Hand der beiden Modellmischungen Cu^{2+} , Co^{2+} und Ni^{2+} , sowie Fe^{2+} und Fe^{3+} konnte jetzt von H. SEILER² gezeigt werden, daß entsprechend den Befunden von F. UMLAND und K. KIRCHNER³ Kieselgel als Kationen-Austauscher wirken kann. Allerdings ist diese Fähigkeit von der Säure und dem Ladungszustand der Kationen abhängig. Salzsäure bildet z.B. mit den Kationen negativ geladene Komplexe. Eine Auftrennung erfolgt nach steigender Stabilität dieser Chlorkomplexe, auch wenn die Ladung der ursprünglichen Kationen unterschiedlich war. Die Austauscher-Wirkung kommt erst zum Tragen, wenn die Salzsäure durch Perchlorsäure ersetzt wird, die nicht zur Komplexbildung neigt. Die Auftrennung der Kationen erfolgt nun nach ihrer Ladung. Daraus ergibt sich, daß die obengenannten drei Kationen der ersten Modellmischung nahezu in einer Ebene liegen müssen, während eine sehr gute Auftrennung von Fe^{2+} (R_f 0,68) und Fe^{3+} (R_f 0,09) erfolgt. Cu^{2+} , Co^{2+} und Ni^{2+} lassen sich aber durch Zugabe von n-Propanol oder Äthanol zur Perchlorsäurelösung befriedigend trennen. So konnte Verf. zeigen, daß die Auswahl des Fließmittelsystems auf den Ionenaustauscher-Charakter des Sorbens und die Komplexbildung der positiv geladenen Metallionen bei der dünn-schichtchromatographischen Trennung anorganischer Kationen abgestimmt sein muß. Zum Nachweis der zweiwertigen Kationen des Cu, Co und Ni diente eine 0,1%ige Rubeanwasserstofflösung in 96%igem Äthanol. Anschließend wurden Ammoniakdämpfe über das Chromatogramm geleitet. Die beiden Eisenkationen wurden durch Besprühen mit einer 0,1%igen methanolischen Pyridylazonaphthollösung sichtbar gemacht.

¹ SEILER, H., u. M. SEILER: Helv. chim. Acta **43**, 1939 (1960); **44**, 939 (1961). — SEILER, H., u. W. ROTHWEILER: Helv. chim. Acta **44**, 941, 1282 (1961); vgl. diese Z. **189**, 365 (1962). — ² Helv. chim. Acta **45**, 381–385 (1962). Inst. Anorgan. Chem. Univ. Basel (Schweiz) — ³ Z. anorg. allg. Chem. **280**, 211 (1955). H. JORK