Die polarisationsmikroskopische Beobachtung mit reflektiertem Licht sowie die dazu erforderliche mikroskopische Ausrüstung beschreibt H. Pfeiffer¹⁾ und gibt einige Anwendungsbeispiele. Da dieses Verfahren auch für die Erkennung von Stoffen in der Analyse eine gewisse Bedeutung haben kann, sei hier auf diese Veröffentlichung aufmerksam gemacht.

H. Hölemann.

Ein Polarisationsfilter-Halbschattenanalysator ist von A. H. Pfund²⁾ beschrieben worden. Ein quadratisches Stück eines Polarisationsfilters (Kantenlänge 2,5—5 cm) und ein dreieckiges Stück aus Cellophan werden zwischen zwei Glasplatten übereinander gekittet. Die Hypotenuse des Dreiecks deckt sich mit einer Quadratdiagonalen. Die Elastizitätsachsen des Filters verlaufen parallel zu den Quadratseiten, die des Cellophans parallel den Diagonalen. Die Stärke der Cellophanschicht soll so bemessen werden, daß diese zwischen gekreuzten Nicols dunkelviolett erscheint.

H. Hölemann.

Photometrische Messungen mit dem gewöhnlichen Colorimeter. E. J. King und G. A. D. Haslewood³⁾ gehen davon aus, daß es für analytische Zwecke besser ist, die Farbtiefe einer Lösung photometrisch zu messen, als sie mit der einer Standardlösung zu vergleichen. Man kann genauer messen und außerdem stören andere Färbungen bei richtiger Wahl der gemessenen Wellenlänge nicht. Um gewöhnliche Dubosq-colorimeter für diese Zwecke benutzen zu können, braucht man geeignete Licht- und Neutralgraufilter. Die Verfasser benutzen einen Satz von 8 Gelatine-Spektralfiltern für das ganze sichtbare Gebiet. Sie schalten das gebrauchte Filter zwischen Okular und Auge und arbeiten mit Tageslicht oder künstlichem Licht. Drei Grauschirme (optische Dichte 0,25, 0,50 und 0,75) werden zum Vergleich herangezogen, um die Lichtschwächung festzustellen. Man setzt das Graufilter in den linken beweglichen Träger des Colorimeters ein und schraubt den Halter aufwärts, bis das Graufilter den Boden des Tauchkörpers berührt. In das rechte Gefäß füllt man die zu messende Lösung und stellt die Schichtdicke so ein, daß die beiden Hälften des Gesichtsfeldes gleich hell erscheinen. Die so erhaltene Eintauchtiefe gibt ein Maß für die Lichtschwächung, die ja gleich der im Graufilter ist. Da die Lichtabsorption sich mit der Wellenlänge verändert, wählt man für die endgültige Messung das Filter, bei dem die größte Absorption auftritt, damit die Werte möglichst genau werden. Für diese Wellenlänge sind die Schichtdicken (oder Eintauchtiefen der Tauchkörper) umgekehrt proportional den Konzentrationen. Man braucht also nur einmal das rechte Gefäß mit einer Vergleichslösung zu füllen und die für einen Grauschirm zutreffende Einstellung zu messen und dann mit der unbekannten Lösung genau so zu verfahren. Auf diese Weise wird eine größere Genauigkeit erreicht, weil nur in den seltensten Fällen andere gefärbte Bestandteile der Lösungen ein Absorptionsmaximum bei der

¹⁾ Blätter f. Unters.- u. Forsch.-Instrumente 11, 1 (1937). — ²⁾ Journ. Opt. Soc. America 26, 453 (1936); durch Chem. Zentrbl. 108, I, 3834 (1937). — ³⁾ Journ. Soc. Chem. Ind. 56, 97 (1937).