zeigen die *Mittelwerte* der Verfahren 5 und 6 untereinander keine größere Abweichung als $\pm 3\%$.

Es ist damit bewiesen worden, daß das Verfahren 6 brauchbar ist, wenn man nicht die Einzelwerte, sondern nur den Mittelwert berücksichtigt, den es liefert. Ein Nachteil bleibt aber bei dem Verfahren bestehen, weil man die wahren Abweichungen von einzelnen, dem Versuchsglas entnommenen Proben nicht ermitteln kann, wie es bei Verfahren 4 der Fall ist.

Man kann daher das Verfahren 6 als ein verfeinertes Verfahren 4 bezeichnen. Ob man aber immer die Zeit und die Mittel haben wird, es zu benutzen, bleibt dahingestellt. Das Wichtige dieser Arbeit ist die grundsätzliche Klärung der methodischen Einzelheiten vor der Inangriffnahme neuer großer Meßreihen.

Zusammenfassung.

Bei genauen Mengenbestimmungen der Keimzahl von vorgelegten Bakterienaufschwemmungen ist nicht die ganze Pipette zu füllen, sondern nach vorausgegangener gründlicher Mischung der Bakterienaufschwemmung *nur* die benötigten 0,1 ccm in die Pipette aufzuziehen und diese Menge dann *einschließlich* des etwa am Pipettenende sich bildenden Tropfens auf die Agarplatte zu bringen.

Berichtigung.

Im Aufsatz von H. J. Jusatz: „Das Vordringen der Tularämie nach Mitteleuropa in der Gegenwart“, diese Zeitschrift 122 (1939) S. 352 muß es in der Tabelle auf den Seiten 358/359 in der letzten Zeile statt Anatolisches Hochland „Anatolisches Hochland“, bei der „Anzahl der Fälle“ in der untersten Zeile statt 300 „6“ heißen.