4. Desinfektion bei meldepflichtigen, aerogen übertragbaren Infektionskrankheiten, zum Beispiel offene Lungentuberkulose oder Diphtherie.

Aus dieser Einteilung ergibt sich ein Katalog von Maßnahmen (siehe Tabelle 2) (Heeg 1991 [1]).

Im stationären Bereich kann in der Normalpflege auf eine routinemäßige, prophylaktische Flächendesinfektion verzichtet werden, sofern sichergestellt ist, daß durch die verwendeten Reinigungsgeräte und -lösungen Krankheitserreger nicht weiterverbreitet werden. Dies bedeutet, daß auch für die Unterhaltsreinigung die beschriebenen Wechselbezugverfahren angewandt werden sollen.

Literatur

1. Heeg, P.: Effektive Desinfektionsmaßnahmen in der Chirurgie. *Kliniker* 20 (1981), 584–594.
2. Koller, W., G. Wewalka, M. Rotter: Besonderheiten bei der Evaluierung aldehydfreier Flächen- und Instrumentendesinfektionsmittel. *Hyg. Med.* 20 (1995), 8–18.

3. Rehork, B., H. Martiny, K. Weist, H. Rüden: Durchführung der Flächen- und Raumdesinfektion im Krankenhaus. *Öff. Gesundh.-Wes.* 52 (1990), 36–45.
4. Technische Regeln für Gefahrstoffe – TRGS 522: Raumdesinfektion mit Formaldehyd. *Bundesarbeitsbl.*, Heft 6 (1992), 35–41.

Schlüsselwörter:

Operationssaal · Stationärer Bereich · Flächendesinfektion

Key Words:

Operation theatre · Ward · Surface disinfection

Verfasser:
Prof. Dr. Peter Heeg
Klinikhygiene
Universitätsklinikum
Calwer Straße 7
D-72076 Tübingen

Erratum

Bedauerlicherweise sind im Beitrag von N. Maffulli et al.: „Modified Burton and Pellegrini Procedure for Trapezium Excision, Ligament Reconstruction and Interposition Arthroplasty of the Tendon of Flexor Carpi Radialis“ in *Operat. Orthop. Traumatol.* 9 (1997), 69–79 (Heft 1) folgende Fehler unterlaufen: In Abbildung 3 muß es heißen: *Articulatio carpo-metacarpea poll.* und nicht *Articulatio metacarpophalang. I.*

Abbildung 11b zeigt eine Röntgenaufnahme nach Exstirpation des Os scaphoideum und nicht des Os trapezium; außerdem ist eine capitulolunäre und hamatotriquetäre Spanverblockung, eine sogenannte Four-corner-Fusion, zu sehen. Die Aufnahme ist fälschlicherweise in den Beitrag geraten. Die Abbildungen 12 und 13 sind leider mit den Abbildungen 14 und 15 vertauscht worden.