Erratum zu: Alternativen zur Femtosekundentechnologie. UV-Subnanosekundenpulse und Ringfoki für LASIK-Flaperzeugung

In diesem Beitrag wurde die Legende der Abb. 6 unvollständig wiedergegeben.

Bitte beachten Sie die vollständige Legende.

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. A. Vogel

Institut für Biomedizinische Optik
Universität zu Lübeck
Peter-Monnik-Weg 4, 23562 Lübeck
vogel@bmo.uni-luebeck.de

Die Online-Version des Originalartikels können Sie unter <http://dx.doi.org/10.1007/s00347-013-2994-8> finden.

Abb. 6 ► Blasen in der Schnittebene unmittelbar nach dem Flapschnitt mit verschiedenen Laserstrahltypen und Fokusabständen. **a** Gauss, 4 μm × 4 μm, **b** Vortex, 4 μm × 4 μm, **c** Gauss, 6 μm × 6 μm, **d** Vortex, 6 μm × 6 μm