MRT in der Traumadiagnostik

Die Magnetresonanztomographie (MRT) hat sich seit ihrer klinischen Einführung in den frühen 1980er Jahren rasch zu einem allgemein anerkannten diagnostischen Verfahren, oft der 1. Wahl, in der Traumatologie und Diagnostik des muskuloskelettalen Systems, auch im Rahmen von Berufskrankheiten, entwickelt [3]. Dies verdankt die Methode v. a. ihrem allen anderen bildgebenden Verfahren überlegenen Weichteilkontrast, bei dem CT vergleichbarer Auflösung und untersucherunabhängiger Interpretierbarkeit des gewonnenen Bildmaterials. Damit empfahl sich die MRT nicht zuletzt zum Ersatz invasiver diagnostischer Verfahren.

Während der Autor zu Beginn seiner Facharzt Ausbildung in den 1980er Jahren noch täglich mehrere Röntgenarthrographien und Myelographien durchführte, sind solche Untersuchungen heute zu relativ seltenen Spezialuntersuchungen geworden. Zwar wurde rasch die „absolute“ Nichtinvasivität mit der Applikation von i. v. MRT-Kontrastmitteln aufgegeben, doch ist dies inzwischen eher die Regel als die Ausnahme, sodass bei der Anwendung kaum noch ein Bewusstsein der Invasivität gegeben scheint. Im Vergleich zu einer diagnostischen Arthroskopie wird dies berechtigt sein.

MRT bei Extremitätenverletzungen: Hochfeld notwendig?

Da insbesondere die Standardsequenzen, T1- und T2-gewichtete SE- bzw. heute eher TSE-Sequenzen [2], leger ausgedrückt, „Bilder wie aus dem Anatomiebuch“ erzeugen, fühlten sich zumindest in Deutschland schnell nicht nur Radio-

logen berufen, MRT zu betreiben. In **Abb. 1** wird heute jeder Unfallchirurg die Diagnose „unhappy triad“, Riss des vorderen Kreuzbands mit typischem Bone bruise des Tibiakopfs, Innenbandriss und Innenmeniskusriss erkennen.

Die hohen Kosten der Geräte und ihres Betriebs sicherten zunächst den Radiologen als Betreibern eine gewisse Exklusivität gegenüber „Teilkörpermagnetresonanztomographisten“, und unter diesem Hintergrund muss vermutlich gesehen werden, dass über eher willkürlich erscheinende Bestimmungen billigere Niederfeldsysteme bei uns nicht zur Versorgung gesetzlich krankenversicherter Patienten zugelassen sind. **Abbildung 2** zeigt eine Niederfeldaufnahme (0,2 T) des Außenknöchels eines Kindes nach Supinationstrauma mit Syndesmosenriss, Periostablösung und Unterblutung auf Höhe der Wachstumsfuge. Dies veranschaulicht die außerordentliche Leistungsfähigkeit moderner Niederfeldsysteme. Diese hängt damit zusammen, dass der inhärente T1-Kontrast eines Systems mit steigender Feldstärke abnimmt; bei Niederfeldsystemen wird das schlechtere Signal-Rausch-Verhältnis oft durch den besseren Weichteilkontrast ausgeglichen.

Alles bisher gesagte bezieht sich v. a. auf die Darstellung der Anatomie und Pathologie von Extremitäten und Wirbelsäule oder allgemeiner, des muskuloskelettalen Systems. Was die statische Darstellung von Muskeln, Sehnen, Bändern, Menisken, Discus triangularis, Bandscheiben und Knochen anbetrifft, scheint alles erforscht und bekannt zu sein. Der polytraumatisierte Patient im kritischen Zustand wird im MRT nicht untersucht,

wiewohl man seine inneren Verletzungen in Kopf und Rumpf heute ebenfalls hervorragend sichtbar machen kann. Untersuchungssituation ohne direkten Zugang zum Patienten, v. a. des Anästhesisten, Zeitbedarf und oft nicht rechtzeitig abklärbare Kontraindikationen durch metallische Fremdkörper und Implantate machen die Methode nicht praktikabel. Die neu eingeführte Mehrzeilencomputertomographie erschließt hier durch ihre Geschwindigkeit und die Volumendatenaquisition anstatt der Erzeugung einzelner Querschnittsbilder viel versprechende neue Möglichkeiten (s. hierzu auch den Artikel von Ch. Gärtner im selben Heft).

MRT in der Traumatologie heute

Nimmt man den 84. Deutschen Röntgenkongress (28.–31.5.2003 in Wiesbaden) als Grundlage [1], scheinen andere Felder derzeit ergiebiger zu sein.

Unter den 80 Workshops gab es kein einziges, speziell unfallmedizinisches Thema. Im Rahmen der Wirbelsäulendiagnostik wurden 2 Aussagen gemacht:

1. Die Funktions-MRT der HWS ist beim Schleudertrauma umstritten.
2. Bei Verletzungen von BWS und LWS wird die MRT nur beim Verdacht auf diskoligamentäre Verletzungen oder bei weiter unklarer Neurologie nach Röntgen und CT empfohlen.

Von 107 Auffrischkursen beschäftigten sich 5 mit Gelenken (Knie/Schulter) und vermittelten eher Grundlagenwissen. Ein Kurs stellte Bewegungsstudien vor; diese sind an einem vertikal offenen Mag-

Abb. 1 ▲ „unhappy triad“, Riss des vorderen Kreuzbands, Innenbandriss, Innenmeniskusriss. PD TSE FS cor

a

b

c

d

Abb. 3a–d ▲ Patella, länger bekannte Sequenzen, a T1-gewichtete TSE, b T2-gewichtete TSE, c FLASH, d FLASH mit FS, Abkürzungen laut Reiser u. Semmler [2]

Abb. 2 ◀ Außenknöchel nach Supinations-trauma, Syndesmosenriss, Periostablösung, Unterblutung auf Höhe der Wachstumsfuge

netsystem von GE (General Electric) möglich, das schon viele Jahre auf dem Markt ist, aber kaum Verbreitung gefunden hat. Ein Kurs bezog sich auf Skeletttraumen beim Kind.

Von 500 wissenschaftlichen Vorträgen beschäftigten sich 7 mit unfallmedizinisch relevanten Themen am muskuloskelettalen System. Dabei führte als Thema die direkte MRT-Arthrographie.

Von 149 Postern hatten 2 die MRT bei Verletzungen bzw. Verletzungsfolgen als Thema:

- bei knöchernen und Kapselverletzungen sind CT-Arthrographie und

MRT-Arthrographie der Schulter gleichwertig

- bei Labrumverletzungen ist die MRT-Arthrographie überlegen
- bei Golfsportverletzungen existieren bestimmte MRT-Charakteristika

Aktuelle Entwicklungen

Feldstärke

Nachdem zunächst v. a. 0,5-T-Systeme angewendet wurden, dürften heute in Deutschland 1,5-T-Systeme am weitesten verbreitet sein, zumindest bei den Neuinstallationen. Die ersten 3,0-T-Systeme

sind inzwischen installiert, ob sie sich durchsetzen, ist noch nicht abzusehen, da z. B. steigende Feldstärke auch mit steigender Artefaktanfälligkeit einhergeht. Andererseits bedeutet mehr Feldstärke mehr Signal und damit ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis, also entweder eine höhere Detailauflösung oder eine kürzere Untersuchungszeit.

Leistungsverbesserung der dynamischen Magnetfelder

Wichtiger als die Steigerung der Hauptmagnetfeldstärke hat sich in den letzten Jahren die Leistungsverbesserung der dy-

Abb. 4a–d ▲ Patella, neuere Sequenzen, a PD-gewichtete TSE mit FS, b MEDIC, c DESS, d DESS mit Was-
seranregung, Abkürzungen laut Reiser u. Semmler [2]

namischen Magnetfelder (Gradienten) gezeigt. Ihre Stärke und v. a. auch ihre Anstiegszeiten, d. h. wie schnell kann das dynamische Magnetfeld aufgebaut werden, beeinflussen wesentlich das mögliche Sequenzdesign. Waren Ende der 1980er Jahre Gradientenstärken von 8 mT Spitzenwerte, erhöhten sich diese Mitte der 1990er Jahre bereits auf mehr als das doppelte. Heute sind 20 mT die „Golfklasse“, wer auf sich hält wählt 30 mT. 40 mT liegen am oberen Ende der möglichen Skala, und aufgrund biologischer Effekte (z. B. Nervenstimulation) scheint damit auch eine (vorläufige) Grenze erreicht. Mit den dadurch immer schnelleren Sequenzen konnte sich die MRT über Kontrastmitteldynamikmessungen, Aufnahmen in Atemanhaltetechnik und Atemtriggerung im Abdomen in Schärfe und Auflösung dem CT annähern und ist somit beim Vorteil des besseren Weichteilkontrasts auch hier

inzwischen Methode 1. Wahl. Sogar das Herz wird langsam zur MRT-tomographischen Domäne. Die kontrastverstärkte MRT-Angiographie verdrängt die diagnostische digitale Subtraktionsangiographie. Bei der Untersuchung des Gehirns gewinnen funktionelle Ansätze zunehmend an Bedeutung. Im Bereich des muskuloskelettalen Systems sind kürzere Untersuchungszeiten oder bessere Auflösung begrüßenswert, darüber hinaus haben sich durch die technischen Innovationen der letzten Jahre aber keine grundlegend neuen Möglichkeiten für die Traumadiagnostik ergeben.

Zur Demonstration einiger der neu entwickelten Sequenzen dienen ■ Abb. 3, 4 und 5. ■ Abbildung 3 zeigt länger bekannte, ■ Abb. 4 neuere Sequenzen und ■ Abb. 5 dieselbe Patella zu einem anderen Zeitpunkt mit mehr Erguss im Gelenk. Das Eindringen von Ergussflüssig-

Zusammenfassung · Abstract

Trauma Berufskrankh 2004 · 6[Suppl 2] : S173–S177
DOI 10.1007/s10039-004-0855-z
© Springer-Verlag 2004

J. Arleth

MRT in der Traumadiagnostik

Zusammenfassung

Die Magnetresonanztomographie ist ein etabliertes Verfahren in der Traumadiagnostik, v. a. von Extremitäten und Wirbelsäule. Von den neuesten Entwicklungen der Gerätetechnik profitiert die muskuloskelettale Untersuchung wenig. Bei radiologischen Kongressen gibt es derzeit wenig Beiträge zu neuen Verfahren. Mit zunehmender Einführung der MRT-Arthrographie wird die Methode wieder zunehmend invasiver. Neue Entwicklungen in der Bildauswertung erlauben auch dem Überweiser, MRT-Aufnahmen nachträglich zu bearbeiten.

Schlüsselwörter

Magnetresonanztomographie ·
MRT-Arthrographie · Bildauswertung ·
Bearbeitungsmöglichkeiten

Diagnostic MRT in traumatology

Abstract

Magnetic resonance tomography is established as a technique used for diagnosis in traumatology, especially when the extremities and the spinal column are concerned. Musculoskeletal examination has profited little from the latest high-tech instruments developed; the papers presented at radiology congresses seldom include many on new methods. With increasing availability of MR arthrography the method is becoming increasingly invasive. New developments in image evaluation make it possible for the referring physician also to manipulate the MR pictures retrospectively.

Keywords

Magnetic resonance tomography ·
MR arthrography · Image evaluation · Options
for image manipulation

Abb. 5 ▲ Patella aus Abb. 4, späterer Zeitpunkt

Abb. 6a–d ► Einfluss der verwendeten Oberflächenspulen

Abb. 7a–d ▲ Schulter PD TSE FS paracoronar

keit in laminare Knorpelrisse demarkiert diese besser als Sequenzvariationen. Eine Beobachtung, die den Wunsch, MR-Arthrographien durchzuführen, stärkt. Betrachtet man die Knieinnenverletzungen (Abb. 5, 1), erkennt man die Stärken einer protonendichtegewichteten (Turbo-)Spinechosequenz mit Fettunterdrückung. Da PD-Sequenzen das beste Signal-Rausch-Verhältnis bieten, bekommt man eine detaillierte Darstellung ähnlich einer T1-gewichteten Spinechosequenz. Durch die spektrale Fettsättigung entsteht ein T2-Effekt, der Flüssigkeit wie Erguss oder Knochenmarködem, signalreich (weiß) darstellt. Die PD-gewichtete TSE mit FS kann deshalb als „Arbeitspferd“ bei der Abklärung des muskuloskelettalen Systems aufgefasst werden, das nur selten durch weitere Sequenzen ergänzt werden muss.

Oberflächenspulen

Den Einfluss der verwendeten Oberflächenspulen (sie sind in der Extremitätdiagnostik obligatorisch) zeigt Abb. 6. Durch die kleine Ringspule wird die Bildqualität dramatisch verbessert, der abbildbare Bereich aber auch erheblich kleiner. Der dargestellte Bereich kann nur optimal eingegrenzt werden, wenn eine dezidierte Fragestellung vorliegt: Bei einem Überweisungsauftrag „Trauma im Handbereich“ wird man nicht wissen, wo man die kleine Spule mit ihrer hohen Auflösung positionieren soll.

Dokumentation

Eine weitere neue Entwicklung allgemein in der Schnittbilddiagnostik ist die Do-

kumentation auf Papiausdrucken. Nach anfänglichen Widerständen hat sich diese Form der Bildmitgabe allein schon aus Kostengründen durchgesetzt. Auch große Krankenhäuser und Universitätsinstitute verwenden sie. Man sieht in der Regel auch auf dem Papiausdruck alles, Gewohnheit spielt aber sicher eine Rolle. Man sollte jedoch bedenken, dass Papiausdrucke nur erlaubt sind, wenn digital archiviert und befundet wird (viel vom Einsparpotenzial der Papiausdrucke gibt der Radiologe erst einmal dafür wieder aus). Damit ist in der Regel aber verbunden, dass zu ebenfalls sehr niedrigen Kosten Daten direkt überspielt werden können oder eine „Patienten-CD“ mitgegeben wird. Auf dieser sind in der Regel die DICOM-Daten (DICOM : internationaler Standard für bildgebende Medizin-

systeme) gespeichert, sodass die eigene radiologische Abteilung die Bilddaten aufbereiten kann als ob sie sie selbst erzeugt hätte. Zusätzlich ist eine Betrachtungssoftware integriert, die auf jedem handelsüblichen Computer mit CD-ROM-Laufwerk und Grafikkarte die Bilder darstellt. Damit verbunden ist der Vorteil, selbst die Fenstereinstellung verändern zu können oder interessierende Bildteile zu vergrößern. ■ **Abbildung 7** stellt nebeneinander jeweils dasselbe Schulterbild in unterschiedlicher Fensterung dar. Während in der oberen Reihe rechts ein Supraspinatussehnendefekt vorgetäuscht wird, erscheint in der unteren Reihe der Defekt links größer. So lange der Radiologe von Hardkopies befundet hat, war auch er auf die richtige Fenstereinstellung angewiesen, jetzt ist die Möglichkeit, selbst nachfenstern zu können, einer der großen Vorteile der digitalen Bildschirmbe-
fundung.

Resümee

Die weiter rasante Entwicklung der MRT-Diagnostik – v. a. bei Anwendungen im Abdomen, Thorax und Schädel – eröffnet neue Möglichkeiten. In der Traumadiagnostik, die im MRT v. a. Extremitäten und Wirbelsäule betrifft, wird in der Regel aber nur Bekanntes verfeinert. Bei immer neuen Sequenzen und einer insgesamt steigenden Zahl von Untersuchungen wäre eine Standardisierung wünschenswert. Durch die mehr und mehr propagierte direkte MRT-Arthrographie steigt die Invasivität der Methode. Besonders hier sollte ein intensiver Dialog verhindern, dass nur „schöne“ Bilder gemacht werden, damit nur das getan wird, was zu therapeutischen Konsequenzen führt.

Korrespondierender Autor

Dr. J. Arleth

Gemeinschaftspraxis Radiologie,
Wittelsbacherstraße 1, 86830 Schwabmünchen,
E-Mail: praxis@arleth-radiologe.de

Interessenkonflikt: Der korrespondierende Autor versichert, dass keine Verbindungen mit einer Firma, deren Produkt in dem Artikel genannt ist, oder einer Firma, die ein Konkurrenzprodukt vertreibt, bestehen.

Literatur

1. NN (2003) 84. Deutscher Röntgenkongress. Kongressprogramm und wissenschaftliche Abstracts. RöFo Suppl 1: 175
2. Reiser M, Semmler W (Hrsg) (2002) Grundlagen der MRT und MRS, Magnetresonanztomografie, 3. Aufl. Springer, Berlin Heidelberg New York, S 3
3. Stoller DW (1997) Magnetic resonance imaging in orthopaedics & sports medicine, 2nd edn. Lippincott-Raven, Philadelphia