Luftsauerstoff ferngehalten wird. Als Elektroden dienen die tropfende Quecksilber-elektrode und die gesättigte Kalomelelektrode. Den gebildeten Niederschlägen schreiben die Verfasser die Formeln $\text{Zn}_2\text{Fe}(\text{CN})_6$ und $\text{In}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]_3$ zu. A. EICHLER.

Cadmium. Zur gewichtsanalytischen Bestimmung des Cadmiums verwenden V. HOVORKA und Z. HOLZBECHER¹ die Fällung mit *Salicylaldehyd-thiosemicarbazon* als $\text{Cd}(\text{C}_8\text{H}_5\text{ON}_3\text{S})_2$. Der bei 105–110° getrocknete Niederschlag enthält 22,44% Cd. — *Arbeitsvorschrift:* Die 25–75 ml betragende, 0,004–0,14 g Cadmium als Sulfat, Nitrat, Perchlorat oder Acetat enthaltende Lösung versetzt man für je 0,05 g Cadmium mit 45–50 ml einer frisch hergestellten 0,5%igen Lösung des umkristallisierten Reagenses in 96%igem Alkohol und erhitzt zum Sieden. Unter dauern-dem Rühren läßt man dann aus einer Bürette 10%ige Natriumacetatlösung zu-fließen, bis eine schwache Trübung auftritt. Dann unterbricht man die Natrium-acetatzugabe bis die Trübung in einen gelben, krystallinen Niederschlag über-gegangen ist. Man setzt nun weiter Natriumacetatlösung zu, bis kein weiterer Nieder-schlag mehr entsteht; für je 0,05 g benötigt man etwa 20–30 ml Natriumacetat-lösung. Nach halbstündigem Erwärmen auf dem Wasserbad läßt man erkalten, filtriert durch einen engporigen Filtertiegel, dekantiert einmal mit etwa 10 ml Alkohol und zweimal mit je 20 ml kaltem Wasser. Den nun auf das Filter gebrachten Niederschlag wäscht man mit 50–150 ml kaltem Wasser und endlich mit 5–10 ml Alkohol aus und trocknet bei 105–110°.

Chlorid, Fluorid, Citronensäure und Weinsäure verhindern die Fällung durch Komplexsalzbildung; Ca^{++} , Sr^{++} , Ba^{++} und Mg^{++} erhöhen die Resultate etwas, auch bei mehr als 0,1 g Cadmium fallen die Resultate etwas zu hoch aus. Wenn das Reagens zu der bereits mit Natriumacetat versetzten Cadmiumlösung gegeben wird, geht der ausfallende weiße amorphe Niederschlag, der wahrscheinlich aus basischem Salz besteht, nicht in die gelbe krystalline Form über. Die Höchstabweichung bei Gehal-ten bis 0,14 g Cadmium betrug bei 15 Beleganalysen + 0,6 mg Cadmium.

A. EICHLER.

Für die Mikrobestimmung von Cadmium verwenden F. P. DWYER und N. A. GIBSON² *Triphenylmethylarsoniumjodid* als neues Reagens, das sich für Nephelometrie (1–100 $\mu\text{g}/\text{ml}$) und Mikrogravimetrie von rund 10 mg eignet. Die Genauigkeit beträgt im ersten Fall etwa 5%, im zweiten Fall 1%.

Nephelometrie. Von schwachen Cadmiumlösungen (1–8 $\mu\text{g}/\text{ml}$), wozu eine Standardlösung von 10 $\mu\text{g}/\text{ml}$ parallel mitgemessen wird, werden 10 ml genommen, von stärkeren Lösungen (Standard 100 $\mu\text{g}/\text{ml}$) nimmt man nur 2 ml, vermischt mit 2 Tropfen als Schutzkolloid dienender 1%iger, allwöchentlich frisch bereiteter Gelatinelösung und setzt gleichzeitig zu Probe und Standard 5 ml Reagens zu, das durch Sättigen einer 0,5%igen Kaliumjodidlösung mit Triphenylmethylarsonium-jodid bereitet wird. Die entstehende Trübung wird sofort im Photoabsorptiometer mit Neutralfilter abgelesen. Bei stärkeren Lösungen erscheint nach 15 min ein Niederschlag; man liest vorher alle Minuten ab und nimmt das Mittel aus 6 gleich-bleibenden Werten. Probe und mitverglicherener Standard sollen möglichst denselben Gehalt aufweisen.

Gravimetrie. In 10 mg der Cadmiumprobe, die als Sulfat zu 50 ml gelöst und zum Sieden erhitzt wird, rührt man langsam 3 Äquivalente Reagens, zu 50 ml gelöst, ein. Man läßt 1 Std abkühlen und kühlt noch eine weitere halbe Stunde in fließendem Wasser. Der Niederschlag wird im Glasfiltertiegel mit 0,5%iger Kalium-jodidlösung gewaschen und bei 105–110° getrocknet. Zusammensetzung des Niederschlags $[(\text{C}_6\text{H}_5)_3\text{CH}_2\text{As}]_2\text{CdJ}_4$ entspricht 8,903% Cd. Bei Anwesenheit

¹ Coll. českoslov. chem. Commun. **15**, 275 (1950).

² Analyst **75**, 201 (1950).

größerer Mengen Zinkacetat müssen 10 ml 10%iger Kaliumjodidlösung zugesetzt werden, um quantitative Werte zu erzielen. Störungen durch Ag, Pb, Hg, Cu, Bi, Sb und As können durch vorheriges Kochen der sauren Lösung mit Eisendraht und Abfiltrieren leicht vermieden werden.

H. ZELLNER.

Cadmium kann als Chlorid oder Sulfat nach J. AMIEL und M. NORTZ¹ auf Grund der Reaktion $4 [\text{Fe}(\text{CN})_6]\text{K}_3 + 5 \text{CdCl}_2 + 4 \text{KJ} \rightarrow [\text{Fe}(\text{CN})_6]_4\text{K}_6\text{Cd}_5 + 10 \text{KCl} + 2 \text{J}_2$ *jodometrisch bestimmt* werden². Der pH-Wert der Lösung soll 1,0–1,6 betragen. Die besten Resultate erhält man mit Mengen entsprechend 0,2–0,3 g Cadmiumoxyd. Alkalisulfate stören, nicht aber Kaliumnitrat, Kaliumchlorid, Monokaliumdihydrogenphosphat, Natriumacetat, Bariumacetat, Kaliumfluorid. Kleine Mengen von Magnesium, Calcium, Barium, Blei und Quecksilber stören ebenfalls nicht. Die durch Eisen(III)-Ion verursachte Störung (Bildung von Berliner Blau) kann man durch Neutralisieren der Lösung bis zum Auftreten eines bleibenden Niederschlages und darauffolgendem Zusatz eines Überschusses an Kaliumdifluorid (1–2 g) verhindern.

Ausführung: 50 ml einer neutralen Lösung von Cadmiumchlorid, entsprechend 0,2–0,3 g Cadmiumoxyd, versetzt man mit 2,5 ml 1 n Salzsäure, 10 ml 20%iger Kaliumchloridlösung und 10 ml n-Kaliumjodidlösung. Nach dem Mischen erwärmt man auf 30–32° und läßt tropfenweise, etwa im Verlaufe 1 min, unter dauerndem Umschwenken 20 ml 0,1 m Kaliumcyanoferrat(III)-Lösung (32,9 g/l) zufließen. Nach 7 min gibt man in einem Guß 100 ml dest. Wasser zu und titriert mit 0,1 n Natriumthiosulfatlösung gegen Stärke. 1 ml der 0,1 n Thiosulfatlösung entsprechen 16,05 mg CdO.

A. EICHLER.

Die elektrometrische Titration von Cadmium im Bereich von 0,1–5 mg mit Natriumsulfid läßt sich bei Anwesenheit störender Metalle nach dem Verfahren von S. D. SILVER, T. W. KETHELY und H. A. KRIETE³ bis auf $\pm 1,55\%$ genau durchführen. Die Verfasser benutzen an Stelle anderer bisher empfohlener Elektroden⁴ die bimetalische Platin-Wolfram-Elektrode. Cadmiumsulfid wird mit Natriumalginat als Schutzkolloid in kolloider Verteilung gehalten, da Verunreinigung der Elektroden durch Ausscheidungen einen ungenauen Endpunkt ergeben würde. Die Änderung der EMK im Umschlagsbereich beträgt etwa 300 mV.

Für die Einstellung der als Maßflüssigkeit benutzten 0,01 n Na_2S -Lösung werden CdCl_2 -Lösungen in 10%iger Schwefelsäure mit einem Gehalt von etwa 0,5 mg Cd/ml benutzt. Nach einem Zusatz von je 2 ml Schwefelsäure (1:1) neutralisiert man mit 10%iger Natronlauge gegen Bromphenolrot oder Bromkresolpurpur. Dann setzt man 10 ml Alginatlösung zu (100 g Ammoniumsulfat in 500 ml Wasser werden mit 500 ml einer 1%igen wäßrigen Natriumalginatlösung versetzt) und füllt mit Wasser auf 75 ml auf. Man führt die Elektroden ein, rührt 1 min, bis Ausgleich erreicht ist, und titriert tropfenweise mit der Natriumsulfidlösung. Bei Untersuchung unbekannter Proben verfährt man genau so wie bei der Titerstellung. In allen Fällen sind auch Blindproben mit cadmiumfreien Lösungen auszuführen. Wenn die Elektroden nicht mehr richtig ansprechen, werden sie mit feinem Sandpapier abgerieben und dann einige Minuten in ammoniakalische Wasserstoffperoxydlösung getaucht. — Die Na_2S -Lösung läßt sich durch Bedecken mit einer Ölschicht 5 Std lang vor Luftoxydation schützen, muß aber täglich frisch bereitet werden.

H. ZELLNER.

¹ Bull. Soc. chim. France 1950, 226.

² Vgl. die analoge Zinkbestimmungsmethode bei R. LANG, diese Z. 79, 161 (1930).

³ Analytica Chimica Acta 4, 389 (1950).

⁴ Vgl. W. HILTNER und W. GRUNDMANN, Z. anorg. allgem. Chem. 218, 1 (1934); Z. phys. Chem. A 168, 291 (1934).